

Odpowiedzi do zapytania ofertowego:

Dotyczy zapytania ofertowego : „zakup i dostawę endostaplerów wraz z ładunkami.”

Numer sprawy : 255/D/DZM

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Endostapler zakrzywiony (artykulacyjny) składający się z rękojeści z baterią z możliwością ponownego uruchomienia do 12 razy ,możliwość stopniowego zamykania i otwierania szczęk długość 160mm z możliwością rotacji o 360°; posiadająca technologię dostosowania szybkości wystrzału do różnych grubości tkanek, i wymiennego trzonu załadowanego wymiennym ładunkiem z nożem w trzonie, o długości całkowitej ramienia 377 mm, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 45mm 60mm, Trzon zamykająco-tnący (nóż w trzonie)zapewniający kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania (artykulacji) w dwie strony o 15, 30, 45 stopni, o długości linii zszywek 45 mm, o wysokości otwartych zszywek: 3.0 / 3.5 / 3.8 mm lub 3.5 / 3.8 / 4.2 mm oraz trzon z ładunkiem do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący (nóż w trzonie), zapewniający kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania (artykulacji) w dwie strony o 15, 30, 45 stopni, o długości linii zszywek 60 mm, o wysokości otwartych zszywek: 2.0 / 2.5 / 3.0 mm (biały), 2.5 / 3.0 / 3.5 mm (niebieski), 3.0 / 3.5 / 3.8 mm (złoty), 3.5 / 3.8 / 4.2 mm (zielony); pasujący do uniwersalnej rękojeści, z możliwością wymiany ładunku w trzonie - do 7 wystrzałów. Kompatybilny z trokarem 12 mm sterylny, pakowany pojedynczo – rękojeść i trzon z ładunkiem, każdy w oddzielnych sterylnych opakowaniach, jednorazowego użytku?

Zamawiający wraza zgodę

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ładunki jednorazowe do staplerów laparoskopowych z 6 rzędami tytanowych zszywek (3 + 3), kompatybilne z trzonami laparoskopowymi. Ładunek o dł. linii zszywek 45mm o wysokości otwartych zszywek 3.0 / 3.5 / 3.8 mm (złoty), lub 3.5 / 3.8 / 4.2 mm (zielony); kompatybilny z pozycją 1 opakowanie a 1 sztuka?

Zamawiający wraza zgodę

Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ładunki jednorazowe do staplerów laparoskopowych z 6 rzędami tytanowych zszywek (3 + 3), kompatybilne z trzonami laparoskopowymi. Ładunek o dł. linii zszywek 60 mm o wysokości otwartych zszywek: 3.0 / 3.5 / 3.8 mm oraz 3.5 / 3.8 / 4.2 mm kompatybilny z poz. 1 opakowanie a 1 sztuka?

Zamawiający wraza zgodę

Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający ładunki jednorazowe do staplerów laparoskopowych z 6 rzędami tytanowych zszywek (3 + 3), kompatybilne z trzonami laparoskopowymi. Ładunek o dł. linii zszywek 60 mm o wysokości otwartych zszywek: 2.0 / 2.5 / 3.0 mm (biały) kompatybilny z poz. 1 opakowanie- 1 sztuka?

Zamawiający stosował takie rozwiązanie i nie wnosił żadnych zastrzeżeń w trakcie trwania umowy.

Zamawiający wraza zgodę