

Znak sprawy 326/D/DZM

„Zakup i dostawa test kasetkowy chromatologiczny Combo 6 w 1 RSV/grypa B/Sars-Cov-2/Adenovirus/Mycoplasma Pneumoniae”

Odpowiedzi do Pakietu nr 1

1. Czy w Pakiecie 1 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych x 20 szt. (po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań), przy czym poszczególne testy w opakowaniach są szczelnie zamknięte w opisanych, indywidualnych saszetkach, z możliwością użycia każdego testu do końca podanej daty ważności, niezależnie od tempa zużycia pozostałych testów z opakowania?

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Czy w Pakiecie 1 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów o następujących parametrach:
Czułość: 2019-nCoV: 98,11%; Grypa A: 95,72%; Grypa B: 91,86%; RSV: 98,34%; ADV: 98,49%; M.P: 97,51%
Swoistość: 2019-nCoV: 99,72%; Grypa A: 92,52%; Grypa B: 99,89%; RSV: 99,78%; ADV: 99,08%; M.P: 99,21%?

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Czy Zamawiający w pakiecie 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów chromatograficznych 6 parametrowych RSV/grypa B/Sars-COV-2/Adenovirus/Mycoplasma Pneumoniae o czułości dla Rotawirusa 94,3% i swoistości 96,2% spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę.**

4. Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk, w których każdy test jest indywidualnie pakowany w saszetkę foliową zawierającą nadrukowane m.in.: nazwę testu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, oraz dane producenta i europejskiego autoryzowanego przedstawiciela?

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 sztuk indywidualnie pakowanych kasetek testowych, 20 buforów w probówkach ekstrakcyjnych z kroplomierzem oraz 20 sterylnych indywidualnie pakowanych wymazówek i instrukcji obsługi?

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę.**

6. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jaką informację Wykonawca powinien wpisać w kolumnie „ilość próbek”.

Odpowiedź: **Zamawiający nie wymaga uzupełnienia kolumny „ilość próbek”.**