

Odpowiedzi do zapytania ofertowego 442/D/DZM

**Zakup i dostawa asortymentu dla Pracowni Histopatologii**

1. Dot. Pak. 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie parafiny, która posiada przedział topnienia 56 – 58 stopni Celsjusza zachowując pozostałe wymagane parametry? Różnica górnej granicy wymaganej przez zamawiającego, czyli 57 stopni Celsjusza jest niezauważalna w codziennej pracy i nie zmienia nic w systemie pracy.

**Zamawiający nie wyraża zgody**

2. Dot. Pak. 3 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania 150 ml z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrąglenia do pełnych opakowań w tym przypadku do zaoferowania 134 opakowań o pojemności 150 ml?

**Zamawiający wyraża zgodę**