

Dotyczy: oznaczenie sprawy 442/D/DZM

W związku z ogłoszonym postępowaniem na „Zakup i dostawę asortymentu dla Pracowni Histopatologii” prosimy o odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1- dot. pakiet 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgodny na zaproponowanie parafiny histopatologicznej z dodatkiem polimerów. Temperatura topnienia 54-57 st. C. Opakowanie zewnętrzne karton tekturowy z dodatkowym zabezpieczeniem wewnętrznym – worek foliowy. Parafina w formie granulek / pelletu.

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2- dot. pakiet 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgodny na zaproponowanie medium w sprayu do schładzania bloczków parafinowych oraz materiału tkankowego op.-200 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 100 op. po 200ml każde.

Zamawiający wyraża zgodę