

Odpowiedzi do zapytania ofertowego „Zakup i dostawa opasek gipsowych oraz podkładów pod opatrunek gipsowy” nr sprawy 531

1. Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową w pakiecie numer 1

– czas

wiązania wynosi ok. 4-8 minut?

Zamawiający nie wyraża zgody.